

Note de service

DESTINATAIRES : À tous les chefs d'unité, personnel clinique en CHSLD soutien à domicile et RPA

EXPÉDITEUR : Julie Pagé, Cheffe de service des laboratoires
Direction régionale des laboratoires
Laboratoire de l'hôpital Anna-Laberge

DATE : Le 5 janvier 2022

OBJET : Rappel sur les exigences préanalytiques des dépistages de COVID-19

Nous désirons faire un rappel sur les exigences préanalytiques des échantillons de COVID-19 car nous notons plusieurs non-conformités lors de leur arrivée au laboratoire.

Prélèvement

- Précision pour écouvillonnage : Suite au prélèvement, insérer l'écouvillon à l'intérieur du tube de transport dans le liquide. Agiter l'écouvillon 5 secondes, puis essorer l'écouvillon sur les parois du tube avant de le retirer du tube; Jeter l'écouvillon dans une poubelle biorisque prévue à cet effet.
Ne pas laisser l'écouvillon dans le tube;

Identification

- Double identification sur le tube et la requête : Nom, prénom et numéro d'assurance maladie ou dossier;
- Date et heure de prélèvement sur le tube et la requête;
- Nom du préleveur;
- Compléter tous les champs de la requête papier COVID-19 ou informatique; Si la requête papier est utilisée, vous devez utiliser la requête provinciale COVID.

Emballage et transport

- Déposer les tubes dans un sac biorisque contenant du papier absorbant. 1 sac par échantillon;
- Déposer les requêtes dans un sac de plastique refermable;
- Déposer les échantillons dans une glacière de catégorie B avec un étiquetage adéquat;
- Ajouter des blocs réfrigérants dessous et dessus les échantillons pour maintenir une température entre 2 et 8°C;
- Respecter le temps d'acheminement au laboratoire de maximum de 4h suite au prélèvement;

SVP, veuillez prévenir le laboratoire lors de dépistage suite à une éclosion afin que nous puissions ajuster nos besoins en ressources humaines.

Pour joindre le laboratoire : 450-699-2425

- Microbiologie : poste 4266;
- En dehors des heures d'ouverture : poste 4259 ou 4257;
- Cheffe de service : poste 4701.

Merci de votre collaboration