Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Montérégie-Ouest
Québec

Note de service

DESTINATAIRES :	Tous les gestionnaires des services technique clinique et biomédical, conseillères en soins infirmiers, personnel infirmier, gestion de l'approvisionnement
EXPÉDITEUR :	Amélie Fugère, chef de service de la gestion contractuelle, DL
	Fayez Aidibe, chef de service du génie biomédical, DL
DATE :	Le 2 février 2024
OBJET :	**Alerte sur certains capteurs à pince réutilisables TC-I**

La compagnie Masimo Corporation a identifié des capteurs à pince réutilisables TC-I présentant une variabilité plus grande que prévue des mesures de SpO2 qui sont en dehors de limites de précision spécifiées. L'enquête de Masimo a montré que ces capteurs TC-I présentaient une variabilité excessive, avec une erreur-type globale de 4,4 % alors que les spécifications prévoient une Arms de 3,5 %.

Le retrait des lots problématiques a déjà été pris en charge. **Nous demandons votre vigilance accrue pour les lots restants en circulation.** Les produits suivants sont visés par cette alerte :

Code d'article	Code GRM	Description du produit
1895	1021276 1046043	CAPTEUR A OREILLE REUT LNCS TC-I CABLE 3 S LATEX N STER 30KG

Veuillez évaluer vos stocks et retirer immédiatement de la circulation et de vos stocks tous les capteurs dont le numéro de référence et le numéro de lot figurent en annexe.

Pour toutes questions à ce sujet, n'hésitez pas à communiquer par courriel à rappels-alertes.contrats.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca.

Nous vous invitons à diffuser cette information auprès des personnes concernées.

Merci de votre collaboration.

AF, FA

ANNEXE

Nom du rappel	**Capteur à pinces réutilisables**
Code d'article du fournisseur	**1895**
Code GRM	**1021276 / 1046043**
# Interne du rappel de produit	**230621-MAS-01**
Nom du fournisseur	**Masimo Corporation**
Date de prise en charge	**2023-06-21**
# Fournisseur	**100344**

N^{O} DE LOT VISÉS								
17KBR	**17MDE**	**17N06**	**18CYG**	**18ENJ**	**18FAG**	**18H3N**	**18JPJ**	**18K47**
19BFC	**19CUX**	**19D83**	**19EAJ**	**19F43**	**19GZX**	**19JVK**	**19K4V**	**19KQB**
19M2V	**19NDD**	**20A4H**	**20J5J**	**20JLT**	**20KGW**	**20MST**	**20NGB**	**E19DLJ**
E20CLS	**21BJG**	**21EFA**	**21EXD**	**21F6J**	**21FUH**	**21HUC**	**21JDQ**	**21KGZ**
22DSG	**22E72**	**22EGL**	**22EZD**	**22F75**	**22JGD**	**22KJM**		

LNCS® TC-I
Capteur à l'Oreille Réutilisable Tip-Clip, 90cm
1/bte, Non-stérile
Poids > 30 kg
Ce produit ne contient pas de caoutchouc de latex naturel.

