


AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Électrocardiogramme - Position des électrodes

ÉLECTROCARDIOGRAMME AU REPOS



ÉLECTRODES PÉRIPHÉRIQUES

Position standard		Position aux racines	
Blanc RA membre supérieur D		Blanc RA épaule D	
Vert RL membre inférieur D		Vert RL crête iliaque D	
		Noir LA membre supérieur G	Noir LA épaule G
		Rouge LL membre inférieur G	Rouge LL crête iliaque G
		Les racines: pour qui?	✓ Tremblements ✓ Amputés ✓ Trauma poignet ✓ Trauma cheville ✓ Épreuve d'effort ✓ Transport

DÉRIVATIONS PRÉCORDIALES STANDARDS

	V1	4 ^e espace intercostal, à droite du sternum
	V2	4 ^e espace intercostal, à gauche du sternum
	V3	Mi-chemin entre V2 et V4
	V4	5 ^e espace intercostal, ligne médio-claviculaire (LMC)
	V5	Même hauteur que V4, mi-chemin entre V4 et V6 ou sur la ligne axillaire antérieure (LAA)
	V6	Même hauteur que V4, ligne médio-axillaire (LMA)

AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Électrocardiogramme - Position des électrodes

DÉRIVATIONS PRÉCORDIALES DROITE



V1

V2

V5

V6


V3 devient V3R

V4 devient V4R


Idem ECG standard
Dérivations précordiales standards

Mi-distance entre V1 et V4R

5^e espace intercostal, ligne médio-claviculaire droite



DÉRIVATIONS PRÉCORDIALES POSTÉRIEUR



V1

V2

V3

V4 devient V7

V5 devient V8


V6 devient V9

Idem ECG standard
dérivations précordiales standards

Ligne axillaire postérieure gauche, au niveau de V4-V6

Mi-chemin entre V7 et V9

Ligne paraspinale gauche, au niveau de V4-V6



Références : Assistant Inhalo. (2023). Position des électrodes Repéré à : <https://www.inhalotherapie.com/apprendre/electrocardiographie/position-des-electrodes/>
Méthode de soins informatisées (2023). Électrocardiogramme au repos. Repéré à : <https://msi.expertise-sante.com/fr/user?destination=node/61307>
EDNES Medical. (2023) Réalisation d'un ECG. Repéré à : https://sofia.medicalistes.fr/spip/IMG/pdf/Guide_realisation_de_l_ECG.pdf

Direction émettrice : Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire

Entrée en vigueur : 2023-07-27

AMC-DSIEU-6148 (2023-07)

Révision :