


AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Trachéo Shiley flexible

Avantages


- Ballonnet épouse mieux la trachée ce qui permet de réduire les microaspirations, les fuites et la pression sur la trachée
- Colletterie transparente donc permet de visualiser en tout temps la stoma
- Canule interne jetable (diminution de temps et manipulation lors des soins de trachéo)
- **En urgence seulement**, on peut ventiler ou brancher le respirateur seulement sur la canule externe



• Changement

- La canule interne se pince pour se fixer à la canule externe plutôt que de tourner (pas de clic entendu)
- Sur la colletterie, la grandeur de la canule trachéale externe est marquée (1^{er} chiffre) avec une pastille de couleur associée à la grandeur (voir l'encadré rouge) Prendre la même grandeur pour la canule externe que pour la canule interne (couleur associée)

• Le contenu de la boîte



[Lien vers le sway](#)



Rappel

Soins et surveillance : 3 fois par jour minimalement + prn

- Ausculter avant et après une aspiration trachéale
- Procéder aux aspirations des sécrétions trachéobronchiques avant oropharyngées
- Évaluer les sécrétions (abondance, coloration, consistance, odeur) dans la canule interne et au pourtour de la canule externe
- Jeter la canule interne et en mettre une nouvelle
- Évaluer le système respiratoire
- Nettoyer avec du NS 0,9% le pourtour du stoma de façon aseptique puis évaluer signes ou symptômes de complications (rougeur, œdème, écoulement, nécrose, fuite d'air, emphysème sous-cutané, granulome)
- Changer le pansement stérile 4x4 au pourtour de la stoma
- Changer le dispositif de stabilisation (ruban en coton ou bande avec attaches en velcro) (die et prn si souillé)

Références : Robert, J. Fromation trachéo Shiley Flexible Repéré à <https://msi.expertise-sante.com/fr/methode/cadre-de-reference-sur-les-soins-et-la-surveillance-de-la-tracheostomie>

Direction émettrice : Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire

Entrée en vigueur : 2023-11-16

AMC-DSIEU-6152 (2023-11)

Révision :