
DESTINATAIRES :	Tous les gestionnaires cliniques, conseillères en soins infirmiers, personnel infirmier, gestion de l'approvisionnement
EXPÉDITEURS :	Roxanne Forgues et Annie Tu, conseillères en soins infirmiers - Évaluation et harmonisation des produits, DSIEU
DATE :	Le 22 septembre 2023
OBJET :	Amélioration d'un produit – dispositif d'accès veineux périphérique

Nous vous annonçons en 2022 l'arrivée du nouveau dispositif d'accès veineux périphérique *INTROCAN SAFETY 2*. Tout récemment, des changements ont été apportés à ces cathéters courts par le fabricant. Les nouveaux cathéters *INTROCAN SAFETY 2* seront maintenant munis d'un contrôle sanguin à accès multiples, contrairement aux anciens qui ne permettaient qu'un accès unique. Cela signifie que même lorsque vous accédez directement à l'embase du cathéter plusieurs fois, que ce soit pour des prélèvements ou changements de bouchons/rallonges, il n'y aura pas de fuite de sang et CECI contribuera à éviter le risque d'exposition accidentelle au sang.

Il n'y aura aucun changement à votre pratique quant à l'installation et l'utilisation de ces cathéters.



Pour toutes questions, n'hésitez pas à communiquer avec Mme Annie Tu, conseillère en soins infirmiers – évaluation et harmonisation des produits à la DSIEU, par courriel à annie.tu.cissmo16@ssss.gouv.qc.ca

RF, AT