

NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES :	Tout le personnel clinique, tous les gestionnaires des unités de soin et utilisateurs des laboratoires de la Montérégie
EXPÉDITEUR :	Dre Geneviève Plante, biochimiste clinique, PhD CSPQ FCACB Marie-Ève St-Aubin, cheffe de service des laboratoires de l'Hôpital Anna-Laberge, de l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges et de la réception du laboratoire serveur Direction régionale des laboratoires
DATE :	Le 30 juin 2026
OBJET :	Analyses d'urine réfrigérées

Au cours des dernières semaines, le laboratoire serveur de la Montérégie a reçu plusieurs spécimens d'urine transportés sous réfrigération.

Nous souhaitons rappeler que les analyses d'urine ne doivent pas être acheminées à une température entre 2 °C et 8 °C. La réfrigération peut altérer l'efficacité du préservatif contenu dans le contenant de collecte, ce qui compromet la conservation et l'intégrité du spécimen ainsi que la fiabilité des résultats analytiques.

Afin d'assurer la qualité des analyses, nous vous demandons de consulter le répertoire des analyses et de respecter les conditions de transport et de conservation propres à chaque examen avant l'envoi des échantillons au laboratoire.

Conditions de rejet

Tube avec préservatif reçu avec Ice-pack à 4 °C

DEPUIS LES POINTS DE SERVICES**Lieu de prélèvement**

CLSC, soins à domicile, GMF, CHSLD et centres de prélèvements

Conditions de conservation

De 18 à 25 °C

Informations supplémentaires

Faire parvenir le prélèvement au laboratoire serveur. Important : Veuillez faire parvenir le prélèvement au laboratoire de votre territoire si votre installation figure dans la liste « LIS-DRL-LAB020 Liste des installations pouvant faire parvenir certaines analyses au laboratoire de leur territoire ».

Nous vous remercions de votre collaboration.