
DESTINATAIRES :	À tous les gestionnaires et au personnel clinique du CISSS de la Montérégie-Ouest qui utilisent des dispositifs médicaux en provenance de l'URDM
EXPÉDITEURS :	Valérie Duvernay, Coordinatrice clinico-administrative - Blocs opératoires, Cliniques spécialisées, Endoscopies, URDM et Programme RAAC (récupération améliorée après chirurgie), DPSCS Sophie Comman, cheffe intérimaire de service gestion de la qualité et des risques DAH-DPSCS-DSIEU-DSMREU-DSPPEM, DQEPE Christelle Robert, conseillère cadre en soins critiques, DSIEU
DATE :	Le 17 mars 2025
OBJET :	Déploiement audits de qualité pour valider la stérilisation des dispositifs médicaux en provenance de l'URDM

À la suite de plusieurs événements sentinelles concernant la distribution et l'utilisation de dispositifs médicaux non stérilisés dans certains secteurs, il a été convenu que des audits qualité devaient être effectués trois fois par année dans tous les secteurs du CISSSMO utilisant des dispositifs médicaux provenant des unités de retraitement.

Objectif des audits :

Ces audits d'observation visent à assurer la conformité à l'égard des normes canadiennes de stérilisation dans tous les secteurs du CISSSMO utilisant des dispositifs médicaux issus de nos unités de retraitement.

Période de réalisation des audits :

- 1^{er} au 30 septembre 2025
- 1^{er} au 31 janvier 2026
- 1^{er} au 31 mai 2026

À noter que le plan et les outils nécessaires à la réalisation des audits sont disponibles dans le : N:\CISSSMO\Audits - statistiques\Audits qualité\Vérification de la stérilité des pochettes plateaux.

Nous souhaitons vous rappeler qu'une formation dédiée est disponible : Formation ENA 14576 : [Entreposage, inspection et manipulation des dispositifs médicaux réutilisables.](#)

Cette formation est ajoutée au PDC pour les catégories suivantes : infirmière, infirmière auxiliaire, IPS, inhalothérapeute, technicien en radiologie, technicien en ophtalmologie.

Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.

Merci pour votre collaboration habituelle.

VD
SC
CR