
DESTINATAIRES : Les employés et gestionnaires du CISSS de la Montérégie-Ouest

EXPÉDITRICE : Guillaume Ferland, chef de service entreposage et distribution, DL

DATE : Le 28 mars 2022

OBJET : **Avis de sécurité générale des tests de détection rapide des antigènes de la COVID-19**

Nous vous transmettons un avis de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), qui souhaite vous informer de la communication suivante de Santé Canada concernant les trousse de tests rapides des antigènes de la COVID-19.

Produits visés :

Trousse de détection rapide des antigènes de la COVID-19

Problème :

La solution tampon utilisée pour les tests de détection rapide peut être toxique pour les enfants et les animaux de compagnie, comme l'a récemment communiqué Santé Canada. L'étiquette actuelle sur les trousse peut ne pas comporter d'avertissement pour informer les utilisateurs à domicile de ce risque.

Action :

L'ASPC demande que l'avis public de Santé Canada sur les trousse de détection rapide des antigènes de la COVID-19 et l'exposition possible à des substances dangereuses (<https://recalls-rappels.canada.ca/fr/avis-rappel/trousse-de-detection-rapide-antigenes-covid-19-et-exposition-possible-substances>) soit partagé, le cas échéant, au sein de leur juridiction.

Voici les étapes à suivre :

- Garder les trousse de détection rapide des antigènes et les solutions hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Ne jamais avaler les solutions et éviter qu'elles entrent en contact avec les yeux et la peau.
- Se laver soigneusement les mains après l'utilisation.
- En cas de déversement, bien rincer à l'eau.
- Suivre toutes les instructions pour une élimination appropriée.
- Signaler à Santé Canada tout **effet secondaire** ou toute **plainte** concernant un produit de santé.
- Contacter le centre antipoison local en cas d'ingestion accidentelle ou d'exposition directe de la peau aux solutions contenues dans les trousse.

Nous sollicitons votre aide pour procéder à l'affichage de cette note de service afin que tous les utilisateurs de ce produit puissent être informés.

Pour toutes questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel à l'adresse suivante : guillaume.ferland.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca.

Merci de votre collaboration.

GF