

NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES :	Tous les utilisateurs du strep test en EBMD
EXPÉDITRICE :	Dominique Savard, coordonnatrice clinico-administrative des laboratoires Direction régionale des laboratoires
DATE :	Le 24 juillet 2026
OBJET :	Cessation de l'utilisation du lot 239938 (exp 2027-10-09) – QuickVue Strep A Test

À la suite d'observations effectuées dans une installation de la région, une problématique est suspectée avec le lot 239938 (expiration 2027-10-09) des tests QuickVue Strep A. Des résultats faussement positifs ont été observés lors d'une vérification en parallèle avec un nouveau lot, et les cultures correspondantes se sont révélées négatives.

Par mesure de précaution, il est demandé à tous les sites EBMD de cesser immédiatement l'utilisation du lot 239938 et d'utiliser un autre lot disponible.

Nous vous demandons également de signaler toute anomalie ou tout résultat suspect observé avec ce lot (par exemple, des résultats discordants avec la culture ou le tableau clinique) afin de nous permettre de documenter le dossier et d'assurer le suivi auprès du fabricant.