

NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES :	Tous les utilisateurs du Strep Test en EBMD de la Montérégie
EXPÉDITEUR :	Sébastien Bérubé-Couture, coordonnateur clinico-administratif des laboratoires Direction régionale des laboratoires
DATE :	Le 07 août 2026
OBJET :	Cessation de l'utilisation du lot 240455 (exp. 2027-10-13) – QuickVue Strep A Test

À la suite d'observations effectuées dans une installation de la région, une problématique est suspectée avec le lot 240455 (expiration 2027-10-13) et le lot 239938 (expiration 2027-10-09) des tests QuickVue Strep A. Des résultats faussement positifs ont été observés lors d'une vérification en parallèle avec un nouveau lot, et les cultures correspondantes se sont révélées négatives.

Par mesure de précaution, il est demandé à tous les sites EBMD de cesser immédiatement l'utilisation de tout produit QuickVue Strep A.

Nous vous demandons également de signaler toute anomalie ou tout résultat suspect observé avec ce lot (par exemple, des résultats discordants avec la culture ou le tableau clinique) afin de nous permettre de documenter le dossier et d'assurer le suivi auprès du fabricant.

Dans l'intervalle, nous utiliserons le produit de remplacement **Strep Tests Innovacon no IN4010-IST-501**, et ce, jusqu'à ce que la situation soit résolue. Veuillez noter que les GRM sont les mêmes pour les 3 CISSS de la Montérégie.

Merci de votre collaboration.