



**FORMATION CONTINUE POUR LES SOINS INFIRMIERS
EXAMEN DE BIOLOGIE MÉDICALE DÉLOCALISÉE (EBMD)
ANCIENNEMENT APPELÉ : ANALYSES DE BIOLOGIE DÉLOCALISÉES (ABBD)**



FORMATION CONTINUE POUR LES SOINS INFIRMIERS
EXAMEN DE BIOLOGIE MÉDICALE DÉLOCALISÉE (EBMD)
ANCIENNEMENT APPELÉ : ANALYSES DE BIOLOGIE DÉLOCALISÉES (ADBD)



FORMATION CONTINUE POUR LES SOINS INFIRMIERS

EXAMEN DE BIOLOGIE MÉDICALE DÉLOCALISÉE (EBMD)

ANCIENNEMENT APPELÉ : ANALYSES DE BIOLOGIE DÉLOCALISÉES (ADBD)

Qu'est-ce qu'un contrôle de qualité?

Solution utilisée dont les valeurs sont connues afin de vérifier si notre équipement fonctionne bien.

Lorsqu'un résultat de contrôle n'a pas les valeurs attendues, l'appareil **NE DOIT PAS** être utilisé pour analyser un usager.

Évaluation des compétences

L'évaluation des compétences doit être fait annuellement.

Des évaluations de compétences du personnel sont effectuées afin de valider l'acquisition et le maintien des connaissances nécessaires et ce dans le but d'améliorer de façon continue la qualité de nos services.

EBMD

EBMD

C'EST QUOI UNE
EBMD

RÔLES ET
RESPONSABILITÉS DES
UTILISATEURS D'EBMD

NUMÉRO
D'IDENTIFICATION
UNIQUE

À QUOI SERT UN
CONTRÔLE DE
QUALITÉ

ÉVALUATIONS DES
COMPÉTENCES

INCIDENTS / ACCIDENTS

Tous les tests effectués à l'extérieur de la structure habituelle du laboratoire de l'établissement, souvent en présence de usager ou par l'usager lui-même, en utilisant une bandelette, un appareil ou tout autre dispositif.

EBMD

EXEMPLES D'EBMD

- Glucomètres
- Bilirubinomètre
- CoaguChek XS
- Hémucue Hb
- Bandelette urinaire
- Test de grossesse
- Papier pH

EXEMPLES D'EBMD

- Glucomètres
- Bilirubinomètre
- CoaguChek XS
- Hémucue Hb
- Bandelette urinaire
- Test de grossesse
- Papier pH

[Les rôles et responsabilités du personnel effectuant des EBMD]

Participer aux formations
et aux évaluations des
compétences

S'assurer de suivre et de comprendre les procédures mises en place concernant les EBMD

- Nettoyer, entreposer, manipuler, désinfecter les appareils, contrôler la qualité et connaître le matériel à usage unique;
- S'assurer de suivre toutes les étapes lors de l'exécution d'une EBMD, et ce jusqu'à la divulgation des résultats;
- S'assurer de suivre la procédure de divulgation des résultats normaux et critiques.

S'assurer que les appareils sont en bon état avant l'utilisation et retirer tout appareil et /ou réactif qui ne correspondent pas aux critères de qualité

S'assurer d'avoir les connaissances nécessaires sur les différentes EBMD effectuées pour pouvoir apporter l'enseignement à l'utilisateur afin que celui-ci comprenne bien son état de santé et l'importance de bien interpréter les résultats obtenus.

Consigner les résultats EBMD dans le dossier de l'utilisateur en utilisant les formulaires appropriés ou informatiser les résultats des EBMD disponibles dans le système informatique approprié, si applicable.

Procéder de manière efficace et sécuritaire. Le port de l'**équipement de protection individuelle** (EPI) est obligatoire. Ex.: port des gants

Ne jamais utiliser une EBMD n'ayant pas été préalablement approuvée par le laboratoire et signaler au laboratoire toute intention d'utiliser une nouvelle EBMD ou toute EBMD en circulation, mais non approuvée par le laboratoire

Effectuer une déclaration
d'incident/accident lors de tout
évènement indésirable

Numéro d'identification unique

Lorsque que vous effectuée une EBMD il est obligatoire d'inscrire votre numéro d'identification unique.

Le numéro d'identification unique est votre numéro d'employé ou un numéro qui vous a été attribué.

Cela permet de savoir qui a exécuté le test et permet d'avoir une traçabilité.



Qu'est-ce qu'un contrôle de qualité?

Solution utilisée dont les valeurs sont connues afin de vérifier si notre équipement fonctionne bien.

Lorsqu'un résultat de contrôle n'a pas les valeurs attendues, l'appareil **NE DOIT PAS** être utilisé pour analysé un usager.

ité?

Solution utilisée dont les valeurs sont connues afin de vérifier si notre équipement fonctionne bien.

Lorsqu'un résultat de contrôle n'a pas les valeurs attendues, l'appareil **NE DOIT PAS** être utilisé pour analysé un usager.

olution utilisée dont les valeurs sont connues afin
e vérifier si notre équipement fonctionne bien.

Lorsqu'un résultat de contrôle n'a pas les
valeurs attendues, l'appareil **NE DOIT PAS** être
utilisé pour analysé un usager.

Évaluation des compétences

L'évaluation des compétences doit être fait annuellement.

Des évaluations de compétences du personnel sont effectuées afin de valider l'acquisition et le maintien des connaissances nécessaires et ce dans le but d'améliorer de façon continue la qualité de nos services.

POINTS IMPORTANTS

- Procéder à la **double identification** de l'utilisateur;
- Procéder de manière efficace et sécuritaire. Le port de **l'équipement de protection individuelle** (EPI) est obligatoire.
Ex.: port des gants;
- S'assurer d'utiliser **l'identification unique** avant de procéder à l'analyse. Seuls les professionnels qui possèdent la formation et les compétences nécessaires sont autorisés à utiliser les appareils d'EBMD;
- Nettoyer les appareils après l'utilisation;
- Inscrire la date d'ouverture sur les bouteilles de contrôles de qualité.

MERCI

FORMATION CONTINUE POUR LES SOINS INFIRMIERS
EXAMEN DE BIOLOGIE MÉDICALE DÉLOCALISÉE (EBMD)
ANCIENNEMENT APPELÉ : ANALYSES DE BIOLOGIE DÉLOCALISÉES (ABBD)

