



Fiche Info-Qualité

Retraitement des dispositifs médicaux réutilisables

NOVEMBRE 2023

Qu'est-ce que c'est ?

Le nettoyage, la désinfection et la stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables utilisés dans les soins de santé forment ce que l'on appelle le processus de retraitement.

La surveillance du processus de retraitement aide à cerner les aspects à améliorer ainsi qu'à réduire le nombre d'infections nosocomiales.

L'efficacité du nettoyage et de la désinfection peut être évaluée en surveillant la qualité de l'eau et le fonctionnement de l'appareil de lavage, en vérifiant si les concentrations appropriées de détergents sont disponibles et si les désinfectants sont utilisés en conformité avec les directives du fabricant.

La norme CSA Z314-23 «Retraitement des dispositifs médicaux au Canada dans tous les milieux de soins, 2023» définit les exigences visant les milieux de soins et leur impose d'établir, de rédiger et de conserver des politiques et des modes opératoires normalisés (MON) pour le retraitement des dispositifs médicaux.

Que devons-nous faire ?

- Démontrer que les mécanismes et le processus de retraitement sont efficaces en effectuant des audits de qualité et de la formation dans les équipes au besoin.
- Prendre les mesures pour examiner et améliorer le processus de retraitement dans l'organisation.
- Harmoniser les politiques et les modes opératoires normalisés.
- Effectuer des visites dans nos installations (hospitalier, CLSC, GMF, etc.).

Saviez-vous que ?

Le niveau de retraitement d'un dispositif médical dépend du risque d'infection associé, selon une classification bien connue en la matière : la classification de Spaulding. Le niveau de risque d'infection associé se situe entre critique, semi-critique, non critique.

Où en sommes-nous ?

- Rencontre aux six semaines entre les responsables des unités de retraitement des dispositifs médicaux (URDM), afin d'harmoniser nos politiques, nos MON et nos pratiques de retraitement.
- Démarche en cours dans le but d'instaurer un système de traçabilité harmonisé.
- Projet de réaménagement de l'URDM de l'Hôpital du Suroît en cours afin de répondre aux exigences des normes canadiennes en retraitement des dispositifs médicaux.
- Travail actif avec l'équipe du projet de l'Hôpital Vaudreuil Soulanges.

Pour plus d'information :

Sandra Wilson, conseillère en soins infirmiers, volet URDM

