

NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES :	Tout le personnel et les gestionnaires de Santé Québec Montérégie-Ouest
EXPÉDITEUR :	Roxanne Forgues, conseillère en soins infirmiers - Évaluation et harmonisation des produits, DSI Amélie Senez, cheffe de service des achats, DL Camille Raymond, cheffe de service de la gestion contractuelle, DL
DATE :	Le 11 septembre 2026
OBJET :	Mesure préventive concernant certains produits d'irrigation Baxter : inspection avant utilisation

Le fournisseur Corporation Baxter a émis, le **2 septembre 2026**, une **Communication sur les risques liés aux produits de santé (CRPS)** concernant certains produits d'irrigation en bouteilles à verser en plastique. Selon le fabricant, certaines bouteilles pourraient présenter des éraflures sur leur rebord intérieur. Ces éraflures pourraient entraîner la formation de particules de polypropylène provenant du matériau de la bouteille ou du capuchon, lesquelles pourraient se retrouver dans la solution lors de son utilisation.

Certaines bouteilles pourraient présenter des éraflures sur leur rebord intérieur. Ces éraflures peuvent entraîner la formation de particules de polypropylène susceptibles de se retrouver dans la solution au moment de son utilisation. Baxter précise que ces particules proviennent du matériau de la bouteille ou du capuchon et ne résultent pas d'une contamination externe.



À ce jour, Baxter indique n'avoir reçu aucun signalement d'événement indésirable associé à cette situation. Les produits peuvent donc continuer d'être utilisés, à condition qu'une inspection visuelle soit effectuée avant leur utilisation.

Produits visés

Code GRM	Produit	Code d'article	Lots visés
1000269	EAU STÉRILE POUR IRRIGATION À BOUCHON REVISSABLE 500 ML	JF7113	Tous les lots non périmés jusqu'en décembre 2029 inclusivement
1000267	EAU STÉRILE POUR IRRIGATION À BOUCHON REVISSABLE 1000 ML	JF7114	Tous les lots non périmés jusqu'en décembre 2029 inclusivement
1000268	CHLORURE DE SODIUM 0,9 % POUR IRRIGATION 500 ML À BOUCHON VISSABLE	JF7123	Tous les lots non périmés jusqu'en décembre 2029 inclusivement
1000270	CHLORURE DE SODIUM 0,9 % POUR IRRIGATION 1000 ML VERSABLE	JF7124	Tous les lots non périmés jusqu'en décembre 2029 inclusivement

Mesures à appliquer avant l'utilisation

Avant d'utiliser l'un des produits visés, veuillez :

- Examiner le rebord intérieur de la bouteille après son ouverture afin de vérifier la présence d'éraflures;
- Si des éraflures sont observées, inspecter visuellement la solution afin de vérifier la présence de particules;
- Si des particules ou éraflures sont observées, jeter cette bouteille et prendre une nouvelle bouteille.

Selon les informations fournies par Baxter, l'exposition à ces particules pourrait notamment causer des effets tissulaires localisés lors du traitement des plaies. Dans certaines situations particulières impliquant des zones fortement vascularisées, des complications systémiques sont également évoquées comme risque théorique.

Baxter prévoit mettre en place des mesures correctives d'ici la fin septembre 2026. Les produits fabriqués selon ces nouvelles mesures devraient être disponibles sur le marché canadien à compter de décembre 2026.

Nous vous remercions de votre collaboration et vous invitons à transmettre cette information à tout membre du personnel susceptible d'utiliser ces produits dans votre secteur.

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec l'équipe des conseillères en soins infirmiers à l'adresse suivante : conseilleres_soins_infirmiers.produits.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

Merci de votre collaboration.

RF, AS, CR