

Nettoyage et désinfection de bas niveau

Nettoyer et désinfecter... Ce n'est pas la même chose!



Nettoyer : c'est enlever la saleté, la poussière, et ce qui pourrait contenir des microbes. Le but est de garder les **surfaces propres** !



Désinfecter: Opération au résultat momentané visant à éliminer ou détruire les microorganismes (bactéries, champignons, etc.). Un bon **nettoyage** est essentiel avant de procéder à une désinfection efficace !

Objets non critiques : que faut-il savoir pour bien les traiter?

Ce sont des objets ou équipements qui entrent en contact seulement avec la **peau intacte** (et non les muqueuses), ou qui ne touchent pas directement les usagers. Exemple (non-exhaustive) :



* Certains dispositifs médicaux sont faits pour un seul usage et ne doivent pas être réutilisés. On les reconnaît grâce à ce symbole



Comment assurer un nettoyage et une désinfection efficace ?

Lire et respecter la procédure de nettoyage et désinfection :

- ⇒ Selon le manuel d'instruction du fabricant de l'objet en question
- ET
- ⇒ Selon la procédure interne de l'établissement

Important !

- Vérifier que le produit ou lingette désinfectante que vous utilisez est **compatible** avec l'appareil et ne va pas l'endommager.
- Porter les équipements de protection individuelle selon l'évaluation du risque au point de service par exemple les gants, visière etc., et respecter les **moments de l'hygiène des mains** !
- Si vous devez diluer un **produit concentré**, vous assurer que l'eau est à la **température ambiante** et que la **dilution** est faite selon les **recommandations du fabricant**.

Les notions importantes pour un nettoyage et une désinfection optimaux

- ⇒ **Toujours nettoyer avant de désinfecter.**
 - * Une intervention en une seule étape est possible en utilisant un détergent-désinfectant lorsque la surface est visiblement propre.
- ⇒ S'assurer de débuter la séquence de nettoyage ou désinfection par la partie la **moins souillée** en terminant par la partie la **plus souillée**.
- ⇒ **Bien frotter** pour un bon nettoyage et désinfection.
- ⇒ Les désinfectants ne tuent pas instantanément les agents pathogènes. Respecter le **temps de contact** indiqué et ne pas l'essuyer immédiatement après l'application, afin de lui permettre d'agir pleinement.

Nettoyage et désinfection de matériel médical non critique

Bibliographie

Auteur inconnu. (s. d.). *A stethoscope laying on a counter top* [Image]. GetArchive. Récupéré le 16 juin 2025 de <https://renopenrose.getarchive.net/media/stethoscope-medical-doctor-health-medical-5bbe1b>

Centers for Disease Control and Prevention. (2024, juin). *Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities*. U.S. Department of Health and Human Services. <https://www.cdc.gov/infection-control/media/pdfs/guideline-disinfection-h.pdf>

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest. (2022). *Directive de nettoyage et de désinfection des équipements thérapeutiques et des objets utilisés lors d'interventions (DIR-10295)*.

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest. (2021, 30 juillet). *Tableau de procédure de nettoyage et de désinfection des équipements*.

Institut national de santé publique du Québec. (2023, 26 juillet). *Retraitement des dispositifs médicaux*. <https://www.inspq.qc.ca/retraitement-des-dispositifs-medicaux>

Institut national de santé publique du Québec. (2024, 9 décembre). *Retraitement des dispositifs médicaux dans les cliniques hors établissement (Guide de pratique professionnelle)*. <https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3428-retraitement-dispositifs-medicaux-cliniques-hors-etablissement.pdf>

Institut national de santé publique du Québec. (2021). *SRAS-CoV-2 : Procédures de nettoyage et de désinfection de l'environnement et des équipements de soins pour les cliniques médicales, cliniques externes, centres désignés de dépistage et GMF*. https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2970_nettoyage_desinfection_environnement_equipements_soins_cliniques_medical_v3_1.pdf

Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2009). *Désinfectants et désinfection en hygiène et salubrité : Principes fondamentaux*. <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2009/09-209-03F.pdf>

Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2021). *Hygiène et salubrité dans les milieux de vie RPA, RI et CHSLD*. ISBN: 978-2-550-89446-9. Gouvernement du Québec. <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-209-01W.pdf>

Mohamed_hassan. (2024, 21 janvier). *Wheelchair medical equipment* [Illustration]. Pixabay. <https://pixabay.com/fr/illustrations/fauteuil-roulant-m%C3%A9dical-%C3%A9quipement-8521207/>

Régie de l'assurance maladie du Québec. (2019). *Principes généraux applicables dans le processus de valorisation des fauteuils roulants*. <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2010/10-209-03.pdf>

Santé Canada. (2011, 1er juin). *Ligne directrice Renseignements devant être fournis par les fabricants pour le retraitement et la stérilisation des matériels médicaux réutilisables*. https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/dhp-mps/alt_formats/pdf/md-im/applic-demande/guide-ld/md_gd_reprocessing_im_ld_retraitement-fra.pdf