
DESTINATAIRES : Tous les gestionnaires cliniques, conseillères en soins infirmiers, le personnel infirmier et d'approvisionnement

EXPÉDITEUR : Roxanne Forgues, conseillère en soins infirmiers – évaluation et harmonisation des produits, DSIEU
Amélie Senez, chef de service des achats, DL
Yanic Bélanger, chef de service de la gestion contractuelle, DL

DATE : Le 27 novembre 2024

OBJET : **Nouveaux changements sur les aiguilles BD**

Nous vous avons récemment annoncé que BD avait optimisé sa gamme de produits offerts afin d'améliorer sa planification de la demande et d'uniformiser l'approvisionnement. Outre les produits identifiés dans les notes de service précédentes datant du mois de [février](#) et [mars](#) 2024, un autre produit utilisé au CISSS de la Montérégie-Ouest sera discontinué sous peu.

Bien qu'aucun impact clinique ne découle de ce changement, nous vous informons que la différence la plus notable entre l'aiguille discontinuée et le produit de remplacement est le calibre d'aiguille. Les aiguilles BD ont maintenant un calibre de moins qu'auparavant, étant donné qu'elles sont fabriquées avec une *paroi mince* qui rend le diamètre interne de l'aiguille équivalent à celui du calibre supérieur. L'aiguille équivalente chez un autre fabricant est donc d'un calibre plus grand. Par exemple, l'aiguille 23G paroi mince de BD équivaut à une aiguille 22G chez les autres fabricants.

Voici un résumé du changement :

GRM	Ancien produit
1001569	AIGUILLE HYPO BISEAU RÉGULIER 22G X 2.5CM(1") Code d'article BD305155



GRM	Nouveau produit
1019380	AIGUILLE HYPO BISEAU RÉGULIER 23G X 2.5CM Code d'article BD305145

Nous vous invitons à diffuser cette information auprès des personnes concernées.

Pour toutes questions, n'hésitez pas à envoyer un courriel à l'adresse suivante : conseilleres_soins_infirmiers.produits.ciassmo16@ssss.gouv.qc.ca

Merci de votre collaboration.

RF, AS, YB