Santé Québec Montérégie-Ouest

Nouvelle pompe pousse-seringue dans un milieu

Marche à suivre pour gestionnaire clinique

Nom de la nouvelle pompe pousse-seringue : Perfusor space 2e génération de BBraun



Formation obligatoire pour les professionnels

Avant toute utilisation, l'ensemble des équipes qui manipule une pompe à perfusion doit compléter la formation théorique en ligne reliée à la pompe manipulée d'une durée de 1 h sur la plateforme ENA :

- # 15700 Sécurité liée aux pompes à perfusion : Pousse-seringue Perfusor Space 2e génération de BBraun

Cette formation doit être reprise :

- Tous les deux ans (années impaires)
- Après une absence prolongée de plus d'un (1) an (ex. congé de maternité)
- Ou au besoin.

L'obtention d'un résultat minimal de 80 % à l'évaluation des connaissances est exigée à la fin de la formation afin de confirmer la capacité du professionnel à exercer l'activité de manière sécuritaire.

Afin de faciliter le suivi de la mise à jour des formations des pompes de vos équipes, il vous est fortement recommandé de tenir un registre consignant ces données, selon les modalités établies dans votre direction. Cela facilitera grandement le suivi lorsque, aux années impaires, un rappel vous sera acheminé pour vérifier si vos équipes sont à jour dans leur formation en lien avec les pompes à perfusion qui est exigée par ce critère à priorité élevé.

Direction des soins infirmiers (2026-09)

Aide-mémoire

L'ensemble des outils aide-mémoires sont disponibles sur la page intranet – Sécurité liée aux pompes à perfusion pour chaque type de pompe à perfusion. **Les guides d'utilisation rapide** doivent être imprimés, plastifiés et placés à proximité de l'entreposage des pompes pour faciliter la référence des équipes.

Bibliothèque de médicaments (BM)

La pompe pousse-seringue est dotée d'une bibliothèque de médicaments visant à sécuriser sa manipulation et son utilisation. Son utilisation est **obligatoire**. Se référer à la procédure PRO-10432 Contournement de la bibliothèque de médicaments (BM) des pompes à perfusion afin d'obtenir plus d'informations.

En cas de médicament inexistant dans la BM utiliser le formulaire CLI-60804 Contournement bibliothèque de médicaments (BM) pompes à perfusion afin d'effectuer la demande d'ajout à la pharmacie.

Mise à jour de la BM

La BM nécessitera des mises à jour périodiques. Le cas échéant, le génie biomédical (GBM) communiquera avec vous afin d'organiser le rapatriement de la pompe pousse-seringue vers le site pour procéder à la mise à jour, sauf si un réseau Wifi est disponible à même votre milieu. La pompe vous sera retournée dans les plus brefs délais par la suite.

Déploiement

Afin d'obtenir le soutien nécessaire de l'équipe de la DSI, nous vous invitons à communiquer avec la conseillère en soins infirmiers attitrée à votre milieu.

Celle-ci pourra planifier l'accompagnement requis, notamment en lien avec la manipulation des pompes, et répondre à vos questions.

Accessoires

Voici les codes GRM pour commander les accessoires en lien avec la pompe à perfusion pousse-seringue.

Code GRM	Nom du produit	Coût
1000242	TUBULURE DE RALLONGE MICROBORE 152 CM (60" à 61")	0.80$

Je reste disponible pour tout soutien ou précision supplémentaire.
Merci de votre collaboration.

Marie-Soleil Lafranchise,
Conseillère cadre spécialisée en soins infirmiers – Volet sécurité médicamenteuse, DSI.
marie-soleil.lafranchise.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca