


FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION- MONITEUR FŒTAL (DOPPLER)

MATÉRIEL REQUIS	
✓ Gants à usage unique ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante	
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS	VISUEL
Procéder à l'hygiène des mains Mettre des gants propres Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant : 1. L'écran du moniteur 2. Les câbles de branchement usager-moniteur 3. La zone d'impression 4. La surface du chariot de transport 5. La façade des tiroirs du chariot Note : Acheminer les sangles en tissus à la buanderie	
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE	
Procéder à l'hygiène des mains Mettre des gants propres Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant : 1. L'écran du moniteur 2. Les câbles de branchement usager-moniteur 3. La zone d'impression 4. La surface du chariot de transport 5. La façade des tiroirs du chariot 6. La base et les roues du chariot Note : Acheminer les sangles en tissus à la buanderie En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.	FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ FRÉQUENCE : - Entre les différents usagers - Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION : - L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.) - Les personnes désignées par le gestionnaire



HIGH TOUCH



LOW TOUCH