
DESTINATAIRES :	Personnel clinique, les gestionnaires du personnel clinique et utilisateurs de pompes à perfusion - Hôpital Anna-Laberge
EXPÉDITRICES :	Geneviève Leboeuf, coordonnatrice des activités cliniques et des pratiques professionnelles en soins infirmiers (intérim), DSIEU Fayez Aidibe, chef de service du génie biomédical (GBM), DL
DATE :	Le 8 décembre 2023
OBJET :	Rappel branchement des pompes à perfusion Hospira Plum A+

La DSIEU et la DL procèdent à un rappel concernant l'importance de brancher les pompes à perfusion Hospira Plum A+ à une prise électrique dès que la situation le permet.

En moins d'un an, nous avons connu une hausse importante de vérification de pompes à perfusion. Après vérification et analyse, nous constatons que la cause principale de cette défaillance est une décharge excessive de la batterie. Il faut savoir que ces demandes de services pourraient être évitées par la vigilance de tous.

L'équipe technique du GBM a pris les mesures nécessaires afin que les batteries défectueuses ou expirées soient remplacées pour l'ensemble du parc de pompes.

Nous comptons sur votre collaboration pour exercer une vigie supplémentaire et vous assurer que les pompes à perfusion Hospira Plum A+ soient branchées lorsque l'utilisateur est à proximité d'une prise électrique ou que la pompe est non utilisée.

Merci de votre collaboration.

GL FA