
DESTINATAIRES : Tous les gestionnaires, médecins et au personnel clinique des centres hospitaliers du CISSS de la Montérégie-Ouest

EXPÉDITEURS : Éric Rémillard, chef télésanté et santé numérique par intérim à la Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire

Sébastien Bérubé-Couture, coordonnateur administratif à la Direction régionale des laboratoires

DATE : 1^{er} août 2024

OBJET : **Rappel des procédures à suivre – EBMD**

Lors de l'évaluation de la visite du bureau de normalisation du Québec (BNQ), des non-conformités ont été identifiées pour l'ensemble des établissements concernant la gestion des examens de biologie médicale délocalisée (EBMD) internes et externes, dont les points suivants :

- Un non-respect de la procédure d'exécution du contrôle de qualité (CQ);
- La date d'expiration (date d'ouverture + 3 mois) des bouteilles de contrôle de qualité n'est pas inscrite sur celles-ci et que les procédures suivantes ne sont pas respectées :
 - La première goutte du CQ n'est pas jetée;
 - Processus lors de l'échec du CQ non connu.

Pour toute documentation en lien avec les EBMDs, veuillez-vous référer à la page Intranet suivante : [Examen de biologie médicale délocalisé \(EBMD\) | Intranet du CISSS de la... \(rtss.qc.ca\)](#)

En tout temps, veuillez-vous référer aux différentes procédures :

- **PRO-DRL-BMD018-V1** : [PRO-DRL-BMD018 Procédure - Utilisation des glucomètres Accu-check Inform II.](#)
- **PRO-6011**: [PRO-6011 Bilirubinomètre](#)

Seuls les professionnels qui possèdent la formation et les compétences nécessaires sont autorisés à utiliser les appareils d'EBMD ou réaliser un EBMD manuel. Afin de répondre à cette exigence et de vous soutenir dans votre pratique clinique, les supers-utilisateurs de votre secteur donneront la formation obligatoire aux utilisateurs de EBMD. Plusieurs formations obligatoires sont aussi disponibles sur l'ENA :

- ENA # 15193 Glucomètre Accu-Check Inform II, la certification et la recertification sont obligatoires afin de pouvoir utiliser le glucomètre;
- ENA #15048 Streptest
- ENA # 13382 Amniotest – Test à la nitrazine

Pour tout questionnement d'ordre clinique, merci de vous référer aux soutiens cliniques et aux conseillères de vos secteurs.

ÉR et SBC