

Le rendez-vous vaccination

Capsule 3

Novembre 2026

Le saviez-vous

La Procédure clinique de gestion des vaccins (PRO-10441) a été mise à jour et est maintenant disponible dans l'intranet.

- [Consulter la Procédure de gestion des vaccins \(PRO-10441\)](#)

Annexes à consulter

- [PRO-10441-ANNEXE I Liste des responsables et fournisseurs pour la gestion des vaccins](#)
- [PRO-10441-ANNEXE II Liste des réfrigérateurs pour l'entreposage des vaccins](#)
- [PRO-10441-ANNEXE III Avis de bris de la chaîne de froid \(BCF\) ou de transfert des vaccins](#)
- [PRO-10441-ANNEXE IV Entretien du matériel](#)
- [PRO-10441-ANNEXE V Procédure lors d'un bris de la chaîne de froid \(BCF\) Température < 2 °c ou > 8 °c](#)
- [PRO-10441-ANNEXE VI Procédure en cas de panne de courant](#)

Bon à savoir – SI-PMI

Hépatite B – Absence de réponse après deux séries vaccinales

Lorsqu'un usager immunodéprimé présente toujours un taux d'anti-HBs < 10 UI/L après deux séries complètes de trois doses d'Engerix-B de 2 mL, aucune autre dose de vaccin n'est recommandée.

- Une considération spéciale doit alors être inscrite dans SI-PMI afin de documenter la situation.

Exemple d'inscription dans SI-PMI :

Ajouter la considération spéciale

Appliquer Réinitialiser

* Organisation: 16 REGION, Longueuil, Québec

* Lieu de dispensation de service: 16 DRSP, Longueuil, Québec

* Type de considération spéciale: Contre-indication/Précaution

* Raison de la considération spéciale: Autre (préciser le motif)

* Saisissez le motif si vous avez sélectionné « Autre (précisez) ».: Non répondant

* La considération spéciale est définie par: Antigène HB (hépatite B)

Commentaires: Usager non répondant à la sérologie (Anti-HBs<2UI/L), malgré X doses reçues respectant les intervalles entre les vaccins.

Testez vos connaissances

Bris de la chaîne de froid : Vrai ou faux ?

1. Dès qu'une température est hors de la plage recommandée, les vaccins doivent être jetés.

☐ Vrai ☒ **Faux**

Les vaccins doivent être mis en quarantaine dans un sac bien identifié « Ne pas toucher – Vaccins en quarantaine », avec la date, dans l'attente de leur évaluation.

2. Lors d'un bris de la chaîne de froid, il est important de noter les températures observées ainsi que la durée de l'exposition des vaccins à une température hors norme.

☒ **Vrai** ☐ Faux

3. Une panne de courant signifie automatiquement que les vaccins ont subi un bris de la chaîne de froid.

☐ Vrai ☒ **Faux**

Il faut vérifier les températures enregistrées dans le réfrigérateur ainsi que les conditions de conservation.

4. Si un bris de la chaîne de froid est constaté, le formulaire « Demande d'évaluation des vaccins en cas de bris de la chaîne de froid (BCF) » doit être rempli et transmis à la santé publique pour évaluation.

☐ Vrai ☒ **Faux**

Le formulaire doit être rempli avec le plus de renseignements possible, puis transmis à l'équipe de gestion des vaccins de Santé Québec Montérégie-Ouest pour évaluation à l'adresse : gestion.vaccins.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

-  [Accéder au formulaire d'évaluation des vaccins en cas de bris de la chaîne de froid](#)

Présenté par l'équipe de gestion des produits immunisants (GPI)

Points de service locaux et des maladies infectieuses

Direction de l'accessibilité et de la coordination extrahospitalière des soins et services (DACESS)