
DESTINATAIRES : Tout le personnel du CISSS de la Montérégie-Ouest

EXPÉDITEUR : Favez Aidibe, chef de service du génie biomédical

DATE : Le 5 juillet 2021

OBJET : **Rappel des bonnes pratiques de certains équipements médicaux munis de batterie rechargeable**

Au cours des dernières semaines, le service du génie biomédical a reçu plusieurs demandes de réparations concernant des équipements munis de batterie rechargeable.

Les équipements suivants sont particulièrement visés :

- Pompe volumétrique
- Chariot à médicament
- Moniteur de signes vitaux

Un problème commun a été diagnostiqué, soit la décharge des batteries internes qui occasionne une défaillance de l'appareil.

Ce problème peut être évité avec les bonnes pratiques d'utilisation. Ces appareils doivent être mis en charge durant ou après l'utilisation.

Merci de votre collaboration.

FA