

DSIQ – SERVICE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

UTILISATION DU MATÉRIEL DÉDIÉ

	Thermomètre jetable	Stéthoscope jetable	Brassard jetable	Pince saturo jetable
Isolement préventif	Oui	Oui	Oui	Non
Isolement SARM ou autre (gale, pou, etc.)	Oui	Oui	Oui	Oui (sauf dans la cohorte de SARM)
Isolement ERV positif	Oui	Oui	Oui	Oui
Isolement «suspect ERV»	Oui	Oui	Oui	Oui
Isolement «contact ERV»	Oui	Oui	Oui	Oui
Isolement précautions entériques (ex. : recherche de C.difficile, gastro, etc.)	Oui	Oui	Oui	Oui
Isolement C. difficile positif	Oui	Oui	Oui	Oui
Isolement gouttelettes (ex. influenza)	Oui	Oui	Oui	Oui
Isolement aérien (ex. : tuberculose, rougeole, etc.)	Oui	Oui	Oui	Oui
Isolement «technique inversée»	Oui	Oui	Oui	Oui

RAPPEL :

Lorsque le matériel ou l'équipement n'est pas dédié, un nettoyage et une désinfection est obligatoire et ce, entre chaque usager, isolement ou pas.

Renée Gauthier
Conseillère cadre, Service de PCI
7 mai 2014